

КОМПЛЕКСНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОДГОТОВКИ ПОТОКА

Принадлежность СИ **Ultramag PRO** Номер в реестре ГСИ 93944-24. ТУ ДНPG 407 251 – 722.





U
T
A
M

«
L
R
A





G PRO»





Комплект прямых участков КПУ требуется для обеспечения погрешности в условиях эксплуатации для большинства моделей (но не всех!) Фланцевый либо под приварку с припуском 5 мм.

С контрольными отборами Р и Т и без. (..Д4)



Используется совместно с УПП. (..Д7,5)



Устройство подготовки потока УПП необходимо для компенсации воздействия местных сопротивлений МС (регулятор, давления, изменение диаметра, колена, тройники и тд.) на основе эффекта интерференции акустических волн. Устанавливается на трубопровод отдельно, дополняет КПУ. (..Д7, 5)



Прямой участок с формирователем потока ПУ обеспечивает погрешность в условиях эксплуатации с МС а также повышает динамический диапазон. Используется совместно с УПП. (..Д8)



Комплексный прямой участок с формирователем потока ПУ обеспечивает погрешность в условиях эксплуатации с МС, а также повышает динамический диапазон. (..Д10) Используется с ПУ и заменяет КПУ и УПП, а главное исключает дополнительные требования.

Комплексные устройства подготовки потока содержат встроенные устройства подготовки потока УПП, формирователь и выпрямитель потока. Комплексные КПУ заменяют ПУ и УПП вместе взятые, устанавливаются вместо прямых участков по Схеме.

Дополнительные требования по монтажу в данном случае отсутствуют!!!